ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

ПРОГРАММЫ VSS-50



Уважаемые коллеги!

Несколько практических рекомендаций по инсталляции программы.

Важно!!! Перед установкой VSS-50 попросите системного администратора (Сисадмина) или IT – специалиста Вашего учреждения произвести **настройки локальной сети** согласно прилагаемой нами -

ПРЕЗЕНТАЦИИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПРИБОРА VS-2000»

Печать и сохранение отчетов исследований возможна только в рамках созданной локальной сети.

Кроме ПРЕЗЕНТАЦИИ, все настройки программы и порядок ее использования есть в прилагаемой к ней инструкции, а также в Руководстве по эксплуатации прибора.


Предлагаемый нами порядок установки программы VSS-50 и прибора VaSera позволит Вам:

- Интегрировать VaSera в локальную сеть Учреждения
- АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕЧАТАТЬ ОТЧЕТ на формате А4 на принтере своего компьютера на английском языке;
- Автоматически выгружать в общую папку на ПК, доступную другим пользователям, и сохранять отчеты в формате PDF и после этого ПЕЧАТАТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ на РУССКОМ языке;
- Сохраненные данные в программе VSS-50 выгружать в формате Excel.

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ И РАБОТЫ


1. Инсталляция VSS-50 на ПК с диска происходит автоматически, следуйте меню автозапуска диска.

2. ВАЖНО! После инсталляции на ПК и появления на экране ПК иконки Программы «VaSera DATA Management» наведите курсор на иконку и нажмите правую кнопку мышки для изменения раздела «СОВМЕСТИМОСТЬ» согласно фото ниже. Сохраните предлагаемый производителем режим совместимости.




3. Активируйте прилагаемый к ДИСКУ ТОКЕН-КЛЮЧ, вставив его в USB порт ПК.


4. После активации ТОКЕН-КЛЮЧА запустите программу для первичной настройки конфигурации:




5. Установите настройки «галочек» в меню настроек. Сохранение в конце всех установок на закладке кнопкой «SETUP».




6. Важно для настроек сети – задайте Ваш порт, если Вы ранее изменяли сетевые настройки на самом приборе (см. начало). Найдите и выберите Ваш принтер, подключенный к ПК, или иной Ваш сетевой принтер.



7. Не меняйте настройте папки для экспорта и хранения данных. Эти настройки были выполнены Вами в ПРЕЗЕНТАЦИИ




8. Настройка количества, формы и автоматической печати на принтере ПК. Меню отчетов на следующем рисунке. Видно, что они совпадают. Выберете нужную форму для печати. Можно несколько, путем проставления количества, вместо нуля. Здесь предложена оптимальная.



9. Остальные настройки оставьте по умолчанию. Не меняйте их.

10. Далее SETUP для сохранения всех внесённых изменений и настроек.


11. При дальнейшем использовании обратите внимание, что если Вам нужно найти данные исследования в Базе Программы, то критериев поиска не так и много. ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОШИБОК В ПОИСКЕ ДАННЫХ ПО ФИО ВСЕГДА вводите ID пациента при проведении исследований и вводе данных о нем. Это может быть номер его карточки или паспорта.




12. Результаты поиска будут отражены в поле SEARCH RESULTS. Нажать в левом верхнем углу FILE-EXPORT-INSPECTION

DATA. В поле выгрузки выберите папку для отправки и ФОРМАТ ДАННЫХ.

CSV формат совместим с EXCEL Выгружаются все данные поиска, вне зависимости от выделения.





13. Результаты текущих измерений будут отражаться в поле ONLINE Monitor. После каждого выхода из программы, текущие результаты автоматически перемещаются в базу и поле Монитора очищается.

ОСТАЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ В ИНСТРУКЦИИ.
ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!!!